

FCECON	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP	Página: 1 de 2
ÁREA EMITENTE: SERVIÇO DE ENDOSCOPIA		
ASSUNTO: ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA		
<p>1. Objetivo:</p> <p>1.1 Visualizar Esôfago, estômago e duodeno, para investigação Diagnóstica através de biópsia;</p> <p>2.1 Controle pós-cirurgia/ Tratamento;</p> <p>3.1 Realizar Controle de Sangramento gástrico (escleroses) e ligadura elástica de varizes;</p> <p>4.1 Passagem de Sondas para alimentação.</p>		
<p>2. Considerações Gerais:</p> <p>2.1 Suspensão do Exame: - Paciente sem acompanhante, alimentado, estado clínico (hipertensão arterial) e etc.</p>		
<p>3. Materiais Necessários:</p> <p>3.1. Tubo Endoscópico</p> <p>3.2. Pinça para Biopsia</p> <p>3.3. 01 Torre contendo: (Monitor, processadora, printer)</p> <p>3.4. Monitor Multiparamétrico</p> <p>3.5. Rede de gases funcionante</p> <p>3.6. Computador para emissão de laudos</p> <p>3.7. Mesa auxiliar, cadeira e mesa de escritório</p> <p>3.8. Maca com rodízio e proteção lateral</p> <p>3.9. EPI</p> <p>3.10. Sistema IDOCTOR</p>		
	<p>PROCEDIMENTO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Recepcionar o paciente (na recepção), identificação do paciente, jejum e presença de acompanhante. (Conferir impressos e consentimento Informado); 2. Encaminhar para a Sala de Observação; 3. Verificar Sinais Vitais (PA/P/SPO2) 4. Registrar no Impresso Especifico Ficha de registro; 5. Instalar acesso venoso no membro Superior direito de Preferência (se necessário); 6. Fazer medicação em protocolo (Dimeticona/Lidocaína spray); 7. Encaminhar o paciente a Sala de Exames; <p>Orientar, posicionar o paciente na mesa de exame (decúbito lateral esquerdo e braço esquerdo flexionado sob a cabeça); Posicionar o bocal na cavidade oral do paciente;</p>	

<p style="text-align: center;">Responsável: MÉDICO E EQUIPE DE ENFERMAGEM</p>	<p>8. Monitorizar o paciente;</p> <p>9. Administrar medicação EV conforme prescrição médica (SN)</p> <p>10. Auxiliar o profissional médico durante o procedimento.</p> <p>11. Ao término do exame, retirar o bocal da cavidade oral do paciente e a monitorização;</p> <p>12. Encaminhar o paciente à sala de observação;</p> <p>13. Solicitar a presença do acompanhante do paciente;</p> <p>14. Orientar acompanhante e familiares quanto dieta pós exame;</p> <p>15. Quando estável (paciente), retirar acesso venoso (se houver);</p> <p>16. Encaminhar à recepção para receber laudo.</p> <p>PROCEDIMENTO (SALA DE EXAME):</p> <p>17. Imediatamente ao ser retirado do paciente, com o aparelho conectado na fonte de luz, aspirar água com detergente enzimático para limpeza do excesso de secreção no canal. Limpar com compressa o tubo de inserção retirando o excesso de secreção;</p> <p>18. Acionar o canal de ar/água, alternadamente por 15 segundos prevenindo a obstrução deste canal;</p> <p>19. Retirar o Aparelho da fonte elétrica, conectando a seguir a tampa de proteção da parte elétrica;</p> <p>20. Levar o aparelho para o EXPURGO protegido em recipiente com tampa.</p>
	<p>5. SIGLAS E ABREVIATURAS</p> <p>EDA: ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA</p>
<p>Sigla</p> <p>EDA</p>	<p>Página</p> <p>2 de 2</p>

REFERÊNCIAS:

BRASIL - MINISTÉRIO DA SAÚDE. Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. Manual De Limpeza E Desinfecção De Aparelhos Endoscópicos. SOBEEG (2007).

FERRARI, Angelo P. Jr. TÉCNICAS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA. EDIÇÃO 1º, 2010.

Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas

Procedimento Operacional Padrão- POP ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA END- EDA/01

Rev: 03

Código	Data Emissão	Data de Vigência	Próxima Revisão	Revisão
END - /EDA-01	SETEMBRO/2023	2023/2026	SETEMBRO/2026	03

Elaborado por: <i>Shirley Fragoso Monteiro</i> <i>Chefe Departamento de</i> <i>Enfermagem</i> <i>COREN: 98228</i>	Verificado por: <i>Glauciane Moreira Neves</i> <i>Presidente da CCJH</i> <i>COREN:98226</i>	Aprovado por: <i>Marielle Colares M Martins</i> <i>Gestora do NSP</i> <i>COREN: 146256</i>
---	---	--