

FCECON	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP	Página: 1 de 2
ÁREA EMITENTE: SERVIÇO DE ENDOSCOPIA		
ASSUNTO: BRONCOSCOPIA		
<p>1. Objetivo:</p> <p>1.1 - Visualizar, para investigação Diagnóstica através de biópsia;</p> <p>2.1 - Controle pós-cirurgia/ Tratamento.</p>		
<p>2. Considerações Gerais:</p> <p>2.1. Suspensão do Exame: - Paciente sem acompanhante, falta de exame de imagem Jejum, estado clínico (hipertensão arterial) e etc.</p>		
<p>3. Materiais Necessários:</p> <p>3.1. Tubo Endoscópico;</p> <p>3.2. Pinça para Biopsia;</p> <p>3.3. 01 Torre contendo: (Monitor, processadora, printer);</p> <p>3.4. Monitor Multiparamétrico;</p> <p>3.5. Rede de gases funcionando;</p> <p>3.6. Computador para emissão de laudos;</p> <p>3.7. Mesa auxiliar, cadeira e mesa de escritório;</p> <p>3.8. Maca com rodízio e proteção lateral;</p> <p>3.9. EPI;</p> <p>3.10. Sistema IDOCTOR.</p> <p>3.11. Insumos (seringas, frasco coletores fechados Bronquinho).</p>		
	<p>4. PROCEDIMENTO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Recepcionar o paciente (na recepção) e confirmar presença de acompanhante; 2. Encaminhar o paciente à Sala de observação; 3. Verificar sinais vitais (PA/P/SPO2); 4. Encaminhar o paciente à Sala de exames; 5. Administrar medicação em protocolo (lidocaína spray), ou seguir orientação do médico broncoscopista. 6. Orientar, posicionar o paciente na mesa de exames (decúbito dorsal); 7. Monitorizar o paciente; 8. Auxiliar o profissional médico durante o procedimento; 9. Ao término do exame, retirar a monitorização do paciente e encaminhá-lo à Sala de observação; 10. Quando estável (paciente), encaminhar a recepção para receber laudo; 	

<p style="text-align: center;">Responsável: MÉDICO E EQUIPE DE ENFERMAGEM</p>	<p>5. PROCEDIMENTO</p> <p>SALA DE EXAME:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Imediatamente ao ser retirado do paciente, com o aparelho conectado na fonte de luz, aspirar água com detergente enzimático para limpeza do excesso de secreção no canal. Limpar com compressa o tubo de inserção retirando o excesso de secreção; 2. Acionar o canal de ar/água, alternadamente por 15 segundos prevenindo a obstrução deste canal; 3. Retirar o Aparelho da fonte elétrica, conectando a seguir a tampa de proteção da parte elétrica; 4. Levar o aparelho para o EXPURGO protegido em recipiente com tampa.
	<p>6. SIGLAS E ABREVIATURAS</p> <p>EDA: ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA</p> <p>BRON: BRONCOSCOPIA</p>
<p>Sigla BRON</p>	<p style="text-align: right;">Página 2 de 2</p>

REFERÊNCIAS:

BRASIL - MINISTÉRIO DA SAÚDE. Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. Manual De Limpeza E Desinfecção De Aparelhos Endoscópicos. SOBEEG (2007).

FERRARI, Angelo P. Jr. TÉCNICAS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA. EDIÇÃO 1º, 2010.

Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas

Procedimento Operacional Padrão- POP BRONCOSCOPIA END- BRON/05

Rev: 03

Código	Data Emissão	Data de Vigência	Próxima Revisão	Revisão
END – BRON/05	SETEMBRO/2023	2023/2026	SETEMBRO/2026	03

Elaborado por: <i>Shirley Fragoso Monteiro</i> <i>Chefe Departamento de</i> <i>Enfermagem</i> <i>COREN: 98228</i>	Verificado por: <i>Glauceane Moreira Neves</i> <i>Presidente da CCJH</i> <i>COREN:98226</i>	Aprovado por: <i>Marielle Colares M Martins</i> <i>Gestora do NSP</i> <i>COREN: 146256</i>
---	--	---