

FCECON	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP	Página: 1 de 2
ÁREA EMITENTE: UTI PEDIÁTRICA		
ASSUNTO: TROCA DE SELO D'ÁGUA DO FRASCO DE DRENAGEM TORÁCICA		
1. Objetivo: 1.1. Evitar refluxo do líquido drenado, prevenir infecção e medir volume drenado.		
2. Considerações Gerais: 2.1. Evitar trocar o sistema coletor de drenagem torácica. 2.2. Mensura-se e esvazia-se o frasco quando necessário, ou pelo menos a cada 24 horas, e reutiliza-se o frasco para o mesmo paciente, desde que adotada técnica asséptica e se utilize água estéril para refazer o selo d'água (na falta de água estéril, usar SF 0,9%).		
3. Materiais Necessários: 3.1. Bandeja; 3.2. Água estéril; 3.3. Esparadrapo ou fita hipoalergênica; 3.4. Frasco de drenagem de tórax; 3.5. Luvas de procedimento; 3.6. Gazes 3.7. Pinças (Kocker ou Kelly).		
Responsável Enfermeiro	4. PROCEDIMENTO 4.1. Higienizar as mãos; 4.2. Providenciar material necessário em uma bandeja para o procedimento; 4.3. Levar o material para o leito do paciente; 4.4. Orientar paciente sobre o procedimento; 4.5. Pinçar o dreno próximo ao tórax, com pinça de Kocker ou Kelly; 4.6. Medir a quantidade de líquido do frasco; 4.7. Retirar o copo do frasco; 4.8. Despejar o líquido do frasco em uma vasilha (desprezar líquido na rede de esgoto); 4.9. Lavar o frasco com água esterilizada ou SF 0,9%;	

<p style="text-align: center;">Responsável Enfermeiro</p>	<p>4.10. Colocar água esterilizada no novo frasco até assegurar a imersão de 2 cm no fundo do frasco coletor;</p> <p>4.11. Feche o frasco, observando se está bem vedado;</p> <p>4.12. Prenda, no frasco, uma fita em posição vertical, e marque o nível da água com um traço, anotando a data e a hora da troca;</p> <p>4.13. Retirar a pinça, com o frasco de drenagem abaixo do nível do paciente;</p> <p>4.14. Observar se há oscilação e drenagem e, se necessário, faça uma ordenha na extensão;</p> <p>4.15. Posicionar o frasco, para evitar formação de alças (cotovelo) e colocar sob a cama, abaixo do nível do tórax (60 a 90 cm) e devidamente protegido de quedas acidentais;</p> <p>4.16. Retirar luvas de procedimentos;</p> <p>4.17. Recolher todo material utilizado, mantendo a unidade organizada;</p> <p>4.18. Encaminhar material permanente para o expurgo;</p> <p>4.19. Lavar bandeja com água e sabão, secar com papel-toalha e passar álcool a 70%;</p> <p>4.20. Higienizar as mãos;</p> <p>4.21. Checar e registrar em prontuário o procedimento realizado.</p>
<p>Sigla TSDFD</p>	<p style="text-align: center;">Página 2 de 2</p>

REFERÊNCIAS

CARMANGNANI, M.I.S. et al. **Procedimentos de Enfermagem**: guia prático. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2011.

POTTER, P.A; PERRY, A.G. **Fundamentos de Enfermagem**. 7ª Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.

Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas

Procedimento Operacional Padrão- POP Troca de Selo D'Água do Frasco de Drenagem Torácica UTI PED- TSDFDT/096

Rev: 03

Código	Data Emissão	Data de Vigência	Próxima Revisão	Revisão
UTI PED – TSDFDT/096	SETEMBRO/2023	2023/2026	SETEMBRO/2026	03

Elaborado por: <i>Kelly Ann Rayol F. Jobin</i> <i>Enf^a Supervisora</i> <i>UTI PEDJÁTRICA</i> <i>COREN: 263805</i>	Verificado por: <i>Shirley Fragoso Monteiro</i> <i>Chefe de Departamento de</i> <i>Enfermagem</i> <i>COREN: 98228</i>	Aprovado por: <i>Glauciane Moreira Neves</i> <i>Presidente da CCJH</i> <i>COREN:98226</i>
--	---	--